



Группа компаний «ГРАНТ»  
450112, Россия  
Уфа, ул. Цветочная, 11

☎ Отдел продаж:  
+7(347) 284-17-86  
+7(347) 292-73-82

☎ Сервис (факс):  
+7 (347) 292-15-42

✉ info@grant-ufa.ru  
🌐 www.grant-ufa.ru

## Устройство для определения потери посыпки **ОПП-01**

### Область применения

Лаборатории предприятий и научно-исследовательских институтов, разрабатывающих, выпускающих или испытывающих рулонные кровельные материалы.

ОПП-01 предназначено для определения потери посыпки рулонных кровельных материалов.

### Описание

Подготовленный образец рулонного кровельного материала размерами 170x50 мм закрепляют пластинами на подвижной каретке посыпкой вверх. На поверхность образца устанавливают щетку с грузом 2,0 кг. Каретка с образцом перемещается в двух взаимно противоположных направлениях за 30±1 с. Перемещение осуществляется винтовой передачей. Щетка представляет собой металлическую пластину размерами 60x40 мм. На дисплее отображается заданное и выполненное количество проходов.



## ГОСТ 2678-94

### Принадлежности:

груз - 1 шт.;  
щетка - 2 шт.

### Технические характеристики

Время перемещения в двух взаимно противоположных направлениях, с	30±1
Масса груза, кг	2,0±0,1
Расстояние перемещения образца, мм	120±2
Количество перемещений образца	1... 10
Потребляемая мощность, Вт, не более	20
Параметры питания, В; Гц	220; 50
Габаритные размеры ( ШxГxВ), мм	502x157x163
Масса, кг, не более	7

