



Группа компаний «ГРАНТ»
450112, Россия
Уфа, ул. Цветочная, 11

Отдел продаж:
+7(347) 284-17-86
+7(347) 292-73-82
Сервис (факс):
+7 (347) 292-15-42
info@grant-ufa.ru
www.grant-ufa.ru

Плитка для подготовки пробы битума ППП-1



Назначение и область применения

ППП-1 предназначена для нагревания и расплавления пробы битума на стандартной металлической пластинке, используемой для испытания битумов на хрупкость в соответствии с ГОСТ 11507-78, ГОСТ 33143-2014.

Описание

Для равномерного нанесения битума на стандартную пластину рабочая поверхность плитки выполнена качающейся и имеет две степени свободы движения относительно корпуса плитки.

Для охлаждения пластины с пробой используется столик с горизонтальной керамической поверхностью, входящий в комплект поставки плитки.

ГОСТ 33143-2014 ГОСТ 11507-78

Принадлежности:

столик - 1 шт.;
лопатка - 1 шт.

Технические характеристики

Диапазон температуры нагрева, °С	50...300
Дискретность установки температуры, °С	1
Время достижения максимальной температуры, мин., не более	15
Погрешность поддержания заданной температуры, °С, не более	±1
Потребляемая мощность, ВА, не более	400
Параметры питания, В; Гц	220; 50
Габариты плитки (ШхГхВ), мм	160x165x138
Габариты столика (ШхГхВ), мм	120x120x140
Масса, кг, не более	3,5