



Группа компаний «ГРАНТ»
450112, Россия
Уфа, ул. Цветочная, 11

☎ Отдел продаж:

+7(347) 284-17-86
+7(347) 292-73-82

☎ Сервис (факс):

+7 (347) 292-15-42

✉ info@grant-ufa.ru

🌐 www.grant-ufa.ru

Плитка для подготовки пробы битума **ППП-1**



Область применения

Лаборатории предприятий и научно-исследовательских институтов, разрабатывающих, выпускающих или испытывающих нефтепродукты. Используется для аппарата АТХ-04.

ППП-1 предназначена для нагревания и расплавления пробы битума на стандартной металлической пластинке, используемой для испытания битумов на хрупкость в соответствии с ГОСТ 11507, ГОСТ 33143-2014.

Описание

Для равномерного нанесения битума на стандартную пластину рабочая поверхность плитки выполнена качающейся и имеет две степени свободы движения относительно корпуса плитки.

Для охлаждения пластины с пробой используется столик с горизонтальной керамической поверхностью, входящий в комплект поставки плитки.

ГОСТ 33143-2014

ГОСТ 11507-78

Принадлежности:

столик - 1 шт;
лопатка - 1 шт.

Технические характеристики	
Диапазон температуры нагрева, °C	50...300
Дискретность установки температуры, °C	1
Время достижения максимальной температуры, мин, не более	15
Погрешность поддержания заданной температуры, °C, не более	±1
Потребляемая мощность, ВА, не более	400
Параметры питания, В; Гц	220; 50
Габариты плитки, мм (ШxГxВ)	160x165x138
Габариты столика, мм (ШxГxВ)	120x120x140
Масса, кг, не более	3,5

